
Abstract 13:11-2

Torsdag den 5:e september 13:30-15:00 Park Inn

Endos eller flerdos i Skåne

*Peter Leander, Diagnostiskt Centrum, SUS Malmö
peter.leander@med.lu.se*

I maj 2011 skedde en hepatitsmitta i en av datortomograferna i Malmö. Det är klarlagt att smittan skedde mellan 2 patienter, men inte hur smittöverföringen gick till. Händelsen är mycket beklaglig och innebär stort onödigt lidande för patienten och stora kostnader för sjukvården. Vid händelsen så användes ett stordosystem och efteråt gick kliniken tillbaka till att använda engångssystem. Efter en utredning och sökning i litteratur kunde inte risker ses med stordosystem i sig som motiverar att använda ett mer resurskrävande engångssystem. Socialstyrelsen krävde en genomgång av samtliga offentliga röntgenavdelningar i Skåne och en utförlig rapport sändes in. Svaret från Socialstyrelsen kräver inte engångssystem, men väl att det finns noggranna rutiner. Numera används åter stordosystem i Malmö. Föreläsningen kommer att belysa det inträffade i Malmö och redogörelsen till Socialstyrelsen